

## ÉPROUVETTES EN POLYPROPYLÈNE:

- Fabriquée en polypropylène de haute qualité, cette éprouvette est résistante aux produits chimiques couramment utilisés en laboratoire.

Référence	Capacité (mL)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Graduation (mL)	Matériau
PP001	10	75	16	0,2	Polypropylène
PP002	25	95	20	0,5	Polypropylène
PP003	50	115	25	1,0	Polypropylène
PP004	100	135	30	2,0	Polypropylène
PP005	250	160	40	5,0	Polypropylène
PP006	500	190	50	10,0	Polypropylène
PP007	1000	230	60	20,0	Polypropylène



## ÉPROUVETTES GRADUÉES EN VERRE AVEC BASE HEXAGONALE (CLASSE A) :

- Éprouvette en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure, normes ISO 4788, USP et "Eichordnung", calibrée "pour cor avec numéro de lot gravé pour traçabilité (symbole "H" selc

Référence	Capacité (mL)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Graduation (mL)	Matériau	Classe
VG001	10	100	14	0,1	Verre borosilicaté	A
VG002	25	150	18	0,5	Verre borosilicaté	A
VG003	50	200	24	1,0	Verre borosilicaté	A
VG004	100	260	28	1,0	Verre borosilicaté	A
VG005	250	300	32	2,0	Verre borosilicaté	A
VG006	500	350	38	5,0	Verre borosilicaté	A
VG007	1000	400	45	10,0	Verre borosilicaté	A



## FIOLES JAUGÉES EN VERRE CLAIR CLASSE A :

- Fiole en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure, calibrée "pour contenir" (TC, In), conforme aux normes ISO 1042, DIN 12664,

Référence	Capacité (mL)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Précision (±mL)	Matériau	Classe
VC001	5	110	16	0,01	Verre borosilicaté	A
VC002	10	140	20	0,02	Verre borosilicaté	A
VC003	25	170	25	0,03	Verre borosilicaté	A
VC004	50	200	30	0,05	Verre borosilicaté	A
VC005	100	240	35	0,10	Verre borosilicaté	A
VC006	250	290	50	0,15	Verre borosilicaté	A
VC007	500	330	65	0,25	Verre borosilicaté	A
VC008	1000	370	85	0,50	Verre borosilicaté	A
VC009	2000	450	110	1,00	Verre borosilicaté	A

